

附件

抽检不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示医疗器械注册人、备案人	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
1	无菌医用防护口罩	尤禧医学检验实验室(北京)有限公司	保定贸正劳保用品制造有限公司	折叠形耳挂式 15.5cmx10.8cm	20221006/22100601	北京市朝阳区市场监督管理局	北京市医疗器械检验研究院	微生物指标
2	医用外科口罩	北京市房山区长阳镇恭和社区卫生服务中心	南昌市意尔康医疗器械有限公司	I型 长方形 17.5cmx9.5cm	20221110/20221110	北京市房山区市场监督管理局	北京市医疗器械检验研究院	口罩带
3	医用外科口罩	北京德盛康大药房有限公司第十七分店	山东山河医疗科技有限公司	14.5cm×9.5cm	20220702/20220702	北京市东城区市场监督管理局	北京市医疗器械检验研究院	口罩带
4	医用防护口罩	清华大学医院	广州福泽龙卫生材料有限责任公司	11.5cm×15.5cm 无菌型头戴式	2023-01-05/S2023-0202	北京市海淀区市场监督管理局	北京市医疗器械检验研究院	过滤效率
5	医用防护口罩	北京京瑞伟业医疗器械有限公司	长东医疗器械集团有限公司	折叠耳挂式	2022年11月02日/221102 03	北京市丰台区市场监督管理局	北京市医疗器械检验研究院	密合性
6	N95 医用防护口罩	北京航天总医院	新乡市强盛医疗器械有限公司	5层 折叠头带式	2022年12月17日/05221217	北京市丰台区市场监督管理局	北京市医疗器械检验研究院	过滤效率